Made in Italy

www.md-srl.it

Vasi per aspirazione

ITALCERT CE

IDENTIFICAZIONE

- Vaso per aspirazione con dispositivo di attacco rapido per la connessione al regolatore del vuoto PF-38G0-1000; PF-38G0-2000; PF-38G0-3000
- Realizzazione in policarbonato trasparente sterilizzabile in autoclave
- Indicazione della capacità tramite scala graduata serigrafata
- Tappo di chiusura dotato di porta gomma di uscita
- Possibilità per l'operatore di connessione all'aspiratore mediante l'uso di una sola mano
- Possibilità di inserimento di filtro microbiologico KT-2800-0000 nel tappo a protezione dell'operatore
- Dispositivo di troppo pieno integrato nel tappo
- Adattatore per la connessione del vaso a sistemi filettati G$^{1}/_{2}$"

MARCATURA CE

Marcatura CE in classe di rischio I secondo Decreto Legislativo 24 febbraio n° 46 "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici" e s.m.i.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 10079-3 : " Aspiratori per uso medico – Aspiratori azionati da una sorgente di vuoto o di pressione"

* La validità delle norme è riferita all'anno in corso

REGISTRAZIONE REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI

FABBRICANTE	D.M.	CND	GMDN
8636	883696/R	Z120309	44809

Made in Italy

www.md-srl.it

Vasi per aspirazione

ITALCERT CE

DIMENSIONI



LEGENDA:

1. Vaso di sicurezza 500 cc (cod. PF-4100-1000)
2. Vaso di sicurezza 150 cc (cod. PF-4100-2000)
3. Filtro microbiologico (cod. KT-2800-0000 in confezioni da 10 pz.)
4. Adattatore G1/2" per vaso (cod. PF-380A-0000) [opzionale]

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLO		
		confezione	kg	pz
PF-4100-1000	Vaso di sicurezza capacità 500 cc	sacchetto	0.19	1
PF-4100-2000	Vaso di sicurezza capacità 150 cc	sacchetto	0.14	1
PF-380A-0000	Adattatore G1/2" per vaso di sicurezza (opzionale)	sacchetto	0.03	1
AQ-320V-0713	Tubo liscio in silicone 7 x 13 mm	rotolo 30 m	3.20	-